

Sterilisatsioonitehnika kompetentside vastavustabel

Kompetents	Moodul 1	Moodul 2	Moodul 3	Moodul 4
<b>2.1 Meditsiiniseadmete puhastamine ja desinfitseerimine</b>				
1. Transpordib kontamineeritud meditsiiniseadmeid vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid	1. Transpordib meditsiiniseadmed vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid ning kasutades ergonomilisi töövõtteid.			4. Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
2. Võtab kontamineeritud korduvkasutatavad meditsiiniseadmed osadeks vastavalt seadme tootjapoolsele puhastus- ja desinfitseerimisjuhendile; eelpuhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesur-desinfektor) kasutades	2. Valib vastavalt tööülesandele puhastus- ja desinfitseerimise meetodi ning töörežiimi. 3. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesur-desinfektor) kasutades.			
3. Valib puhastus- ja desinfitseerimise meetodi ning töörežiimi vastavalt meditsiiniseadmete tootjapoolsele puhastus- ja desinfitseerimisjuhendile, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid	2. Valib vastavalt tööülesandele puhastus- ja desinfitseerimise meetodi ning töörežiimi. 3. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesur-desinfektor) kasutades.			4. Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.

4.Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või puhastusseadme abil (ultraheli-pesur, pesur-desinfektor) vastavalt valitud meetodile	3. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesur-desinfektor) kasutades. 5. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile.			
5.Kasutab ettenähtud meditsiiniseadmete puhastus- ja desinfektsioonivahendeid, järgides vahendite ohutuskardi nõudeid	4. Kontrollib meditsiiniseadmete funktsionaalsust visuaalselt ja kinesteetiliselt vastavalt asutuses kinnitatud tööohutuse nõuetele.			
6.Kontrollib automatiseeritud protsessi kvaliteeti, kasutades kontrolltesti	4. Kontrollib meditsiiniseadmete funktsionaalsust visuaalselt ja kinesteetiliselt vastavalt asutuses kinnitatud tööohutuse nõuetele.			
7. Transpordib dekontamineeritud meditsiiniseadmeid vastavalt haiglanakkustõrje standarditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid	1.Transpordib meditsiiniseadmed vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid ning kasutades ergonoomilisi töövõtteid.			
<b>2.2 Meditsiiniseadmete funktsionaalsuse kontroll ja hooldamine</b>				
1.Kuivatab pestud ja desinfitseeritud meditsiiniseadmed vastavalt asutusesisesele tööjuhendile	5. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile.			
2.Kontrollib meditsiiniseadmete puhtust ja terviklikkust visuaalselt	4. Kontrollib meditsiiniseadmete funktsionaalsust visuaalselt ja kinesteetiliselt vastavalt			

	asutuses kinnitatud tööohutuse nõuetele.			
3. Testib meditsiiniseadmete funktsionaalsust; hindab meditsiiniseadmete kasutuskõlblikkust vastavalt ettenähtud funktsioonile; kõrvaldab kulunud ja kahjustatud, sh korrodeerunud meditsiiniseadmed kasutuselt	3. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesur-desinfektor) kasutades. 4. Kontrollib meditsiiniseadmete funktsionaalsust visuaalselt ja kinesteetiliselt vastavalt asutuses kinnitatud tööohutuse nõuetele.			
4. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile	5. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile.			
<b>2.3. Meditsiiniseadmete komplekteerimine ja pakendamine</b>				
1. Paneb meditsiiniseadmed kokku vastavat tootjapoolsele juhendile		1. Komplekteerib meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete nimetusele, kasutaja tellimusele ja asutuses kehtestatud korrale.		
2. Komplekteerib meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete nimetustele, kasutaja tellimusele ja asutuses kehtestatud korrale		1. Komplekteerib meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete nimetusele, kasutaja tellimusele ja asutuses kehtestatud korrale.		
3. Hindab pakkematerjali kasutuskõlblikkust; valib pakkematerjali ja pakendamismeetodi, arvestades sterilisatsioonimeetodit, komplekti suurust ja kaalu ning kasutaja tellimust; pakib		2. Pakendab ja markeerib meditsiiniseadmed vastavalt seadme suurusele ja tellija vajadusele.		

meditsiiniseadmed vastavalt valitud meetodile				
4. Markeerib komplekteeritud ja pakitud komplekti, märkides vähemalt steriilsuse säilivuse aja		2. Pakendab ja markeerib meditsiiniseadmed vastavalt seadme suurusele ja tellija vajadusele.		
5. Hindab visuaalselt kinnitusmeetodi kvaliteeti; kontrollib pakendatud komplekti terviklikkust ja markeeringut		2. Pakendab ja markeerib meditsiiniseadmed vastavalt seadme suurusele ja tellija vajadusele.		
6. Varustab komplekteeritud meditsiiniseadmed sterilisatsiooniprotsessi kontrolli-indikaatoritega, arvestades kasutusele võetavat sterilisatsioonimeetodit ja -tsüklit		3. Koostab komplekteeritud pakendile nõuetele vastava dokumentatsiooni ja lisab sterilisatsiooniprotsessi kontroll-indikaatorid.	1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	
7. Dokumenteerib tegevused vastavalt asutuses kehtestatud korrale		3. Koostab komplekteeritud pakendile nõuetele vastava dokumentatsiooni ja lisab sterilisatsiooniprotsessi kontroll-indikaatorid.	1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	4. Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
<b>2.4 Meditsiiniseadmete steriliseerimine</b>				
1. Hindab sisselülitamise järgselt sterilisaatori tehnilist korrasolekut ja funktsionaalsust, kasutades selleks spetsiaalset testi			1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	
2. Kontrollib steriliseeritavate meditsiiniseadmete pakendite terviklikkust ja märgistust enne sterilisaatorisse			1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	

<p>panemist; koostab sterilisaatori laadungi lähtuvalt pakkematerjalidest ja meditsiiniseadme steriliseerimismeetodi/-temperatuuri vajadusest; dokumenteerib sterilisaatori laadungi vastavalt asutuses kehtivale korrale; enne sterilisaatori käivitamist kontrollib sterilisatsiooniprotsessi parameetreid sterilisaatori ekraanil või väljatrükil; jälgib sterilisatsiooniprotsessi vastavust parameetritele</p>				
<p>3. Valib sterilisatsioonimeetodi ja -programmi vastavalt steriliseeritava meditsiiniseadme ja pakendi materjalile.</p>			<p>1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.</p>	
<p>4. Kontrollib ja hindab sterilisatsiooniprotsessi kvaliteeti, kasutades keemilisi ja/või bioloogilisi kasutuskõlblikke indikaatoreid; dokumenteerib tulemused vastavalt asutuses kehtestatud korrale</p>			<p>1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.</p>	<p>4.Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.</p>
<p>5. Sterilisatsiooniprotsessi lõppedes eemaldab steriliseeritud pakendid sterilisaatorist, järgides haiglanakkustõrje standardite ja tööohutuse</p>			<p>1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile. 2. Lõpetab sterilisatsiooniprotsessi vastavalt</p>	

nõudeid; hindab visuaalselt pakendite seisundit; vigastatud pakendi korral alustab dekontaminatsiooni alates pakendamisest uuesti			asutuses kehtestatud korrale	
6. Protsessi lõppedes kontrollib sterilisatsioonitsükli tulemust, sh keemilisi indikaatoreid; säilitab sterilisatsiooniprotsessi andmed vastavalt asutuses kehtivale korrale			1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	4.Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
7. Sorteering, ladustab ja väljastab või transpordib kliendile steriliseeritud pakendid ja meditsiiniseadmed, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid	1.Transpordib meditsiiniseadmed vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid ning kasutades ergonoomilisi töövõtteid.		1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	
8. Dokumenteerib tegevused vastavalt asutuses kehtestatud korrale			1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.	4.Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.